



รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
(เตียงและรถเข็น สำหรับใช้ในโรงพยาบาล จำนวน ๙ รายการ)

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขประกอบ
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เมืองพัททยา

คณะกรรมการพิจารณาขอบเขตการดำเนินงาน(TOR)
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
(เตียงและรถเข็น สำหรับใช้ในโรงพยาบาล จำนวน ๙ รายการ)

ร้อยตำรวจเอกหญิง



(พรพนา โชคไทย)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมืองพัทยา

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)



(นางสาวเกศิณี ยุพพงษ์)

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

กรรมการ

เรือดรีหญิง



(สุมิตรา งานยางหวาย)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

กรรมการ

รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
(เตียงและรถเข็นสำหรับใช้ในโรงพยาบาล)

๑.เตียงตรวจโรคระบบไฟฟ้าแบบ ๒ ตอน/ปรับสูงต่ำได้/

วัตถุประสงค์การใช้งาน

ใช้เพื่อให้ผู้ป่วยนอนตรวจโรค เหมาะสำหรับห้องตรวจทั่วไป

คุณสมบัติทั่วไป

ใช้เพื่อให้ผู้ป่วยนอนตรวจโรค เหมาะสำหรับห้องตรวจทั่วไป ใช้กับไฟฟ้า DC ๒๔ V. ๕๐Hz, มีล้อสามารถเคลื่อนย้ายได้

คุณสมบัติทางเทคนิค

- ๑.๑ เตียงมีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๗๐ ซม./ยาวไม่น้อยกว่า ๒๐๘ ซม./โดยมีโครงเตียงทำด้วยเหล็กพ่นสี/กันสนิมอย่างดี/สามารถรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ กิโลกรัม/มีคานล่างทำด้วยเหล็กกล่องขนาด ๓x๖ ซม./ยาวไม่น้อยกว่า ๑๔๕ ซม./ด้านบนเป็นโครงส่วนรองรับตัวคนไข้แบ่งเป็น ๒ ตอน/
- ๑.๒ โครงส่วนรองรับหลังทำด้วยเหล็กกล่องขนาดไม่น้อยกว่า ๒ x ๔ ซม./มีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๖๖ x/ยาวไม่น้อยกว่า ๖๗ ซม./
- ๑.๓ โครงส่วนรองรับลำตัวทำด้วยเหล็กกล่องขนาดไม่น้อยกว่า ๒ x ๔ ซม./มีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๖๖ x/ยาวไม่น้อยกว่า ๑๓๐ ซม./
- ๑.๔ เบาะทำด้วยฟองน้ำเกรด A หุ้มหนังเทียมอย่างดีและไม่ยุบตัวเมื่อเลิกใช้งาน โดยเบาะส่วนรองรับหลังมีขนาดไม่น้อยกว่า ๗๐ x ๗๐ x ๖ ซม./ (กว้าง x ยาว x หนา)/เบาะส่วนรองรับลำตัวมีขนาดไม่น้อยกว่า ๗๐ x ๑๓๐ x ๖ ซม./ (กว้าง x ยาว x หนา)
- ๑.๕ ตัวเตียงมี ๔ ล้อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๔ นิ้ว สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกและสามารถล็อกล้อให้อยู่กับที่ได้ด้วยระบบ Central Lock ที่ท้ายเตียง
- ๑.๖ สามารถปรับความสูงต่ำของเตียงได้ระหว่าง ๕๕-๘๕ ซม. ด้วยระบบไฟฟ้า (ปรับด้วย Foot Switch) และรีโมทแบบปุ่มติดตั้งที่ท้ายเตียง
- ๑.๗ ปรับส่วนรองรับหลังด้วยระบบใช้คอปแก๊สโดยใช้มือปรับ สามารถปรับขึ้นจากแนวราบได้ไม่น้อยกว่า ๗๕ องศา และปรับลงจากแนวราบได้ไม่น้อยกว่า ๒๐ องศา
- ๑.๘ มีแขนเตียงทั้ง ๒ ข้างสามารถปรับรองรับแขนเพื่อใช้งาน และพับเก็บลงใต้เตียงได้เมื่อไม่ใช้งาน
- ๑.๙ มีอุปกรณ์มือจับรูปทรงสามเหลี่ยม ผลิตจาก PU ไร้รอยต่อ เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถจับหรือพยุงตัวได้ง่าย และสามารถถอดเก็บได้เมื่อไม่ใช้งาน

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. รับประกันความชำรุดบกพร่อง ๑ ปี นับแต่วันตรวจรับถูกต้อง
๒. เป็นเครื่องใหม่ พร้อมติดตั้งเครื่องและแนะนำผู้ใช้ให้สามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี
๓. ได้มาตรฐาน ISO๙๐๐๑ และ ISO๑๓๔๘๕ (โดยแนบเอกสารประกอบวันยื่นเสนอราคา)
๔. ผู้ยื่นเสนอราคาจะต้องได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย (โดยแนบเอกสารประกอบวันยื่นเสนอราคา)

ร.ต.อ.หญิง.....
(พรพนา โชคไทย)

.....
(นางสาวเกศิณี ยุพพงษ์)

ร.ต.หญิง.....
(สุมิตรา งานยางทวย)

๒. เติงผู้ป่วยเคลื่อนที่แบบปรับนั่ง-นอนได้บนรถพยาบาล

วัตถุประสงค์

เพื่อใช้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยในสถานพยาบาลหรือระหว่างการขนย้ายขึ้น-ลงรถพยาบาลอย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย โดยรถเข็นเปลหามต้องมีความแข็งแรง น้ำหนักเบา ทนทานต่อการใช้งาน และรองรับสรีระผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม

คุณลักษณะทั่วไป

๑. เป็นรถเข็นเปลหามสำหรับขนย้ายผู้ป่วยขึ้น-ลงรถพยาบาลฉุกเฉิน
๒. โครงสร้างหลักทำจากวัสดุอลูมิเนียม น้ำหนักเบา ไม่เป็นสนิม ทำความสะอาดง่าย
๓. สามารถพับและกางได้อย่างรวดเร็วและสะดวกในการใช้งาน
๔. มีระบบล็อกเพื่อความปลอดภัยทั้งในส่วนของโครงสร้างและการยึดติดกับรถพยาบาล
๕. มีสายรัดตัวผู้ป่วยเพื่อความมั่นคงในการเคลื่อนย้าย

คุณสมบัติทางเทคนิค

๑. โครงสร้างและขนาด

- ๑.๑ ทำจากโลหะอลูมิเนียมอัลลอยด์/น้ำหนักเบา ไม่เป็นสนิม และทำความสะอาดง่าย
- ๑.๒ ขนาดความกว้างไม่เกิน ๖๐ ซม. (รวมราวข้าง), ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๙๐ ซม., ความสูงไม่น้อยกว่า ๘๐ ซม. (ไม่รวมเบาะ)
- ๑.๓ เมื่อต้องการพับขึ้นรถพยาบาล ความสูงไม่เกิน ๒๕ ซม. (ไม่รวมเบาะ)
- ๑.๔ รองรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ กิโลกรัม
- ๑.๕ มีความแข็งแรงสามารถนวดหัวใจได้ทันที โดยไม่ต้องใช้แผ่นกระดานรองหลัง

๒. ระบบล้อ

- ๒.๑ มีล้อรวมทั้งหมด ๖ ล้อ ล้อเข็น ๔ ล้อ ขนาด ๕ นิ้ว
- ๒.๒ เป็นล้อหมุนรอบตัว ๒ ล้อ และล้อตรง ๒ ล้อ
- ๒.๓ ล้อช่วยขึ้นรถพยาบาลอีก ๒ ล้อ ขนาด ๔ นิ้ว

๓. ระบบปรับเอน

- ๓.๑ พนักพิงหลังเป็นระบบไฮดรอลิก ช่วยยกตัวผู้ป่วยขึ้น-ลง สามารถปรับระดับได้ไม่ต่ำกว่า ๗๐ องศา
- ๓.๒ ส่วนรองรับเท้าจะปรับตามเพื่อรองรับขาโดยอัตโนมัติ
- ๓.๓ การปรับเปลี่ยนจากเตียงนอนเป็นรถเข็นสามารถทำได้สะดวกโดยเจ้าหน้าที่คนเดียว

๔. การปรับนั่ง

- ๔.๑ ปรับนั่งได้ ๕ ระดับ โดยใช้ระบบฟีนปลา มีสลักล็อกอัตโนมัติเมื่อปรับถึงระดับที่ต้องการ

๕. ราวข้าง

- ๕.๑ ทำจากอลูมิเนียมดัดโค้ง สูงจากเบาะไม่น้อยกว่า ๑๒ ซม.
- ๕.๒ สามารถพับลงด้านข้างได้ พร้อมปุ่มล็อกและปลดล็อก

ร.ต.อ.หญิง.....
(พรพนา โชคไทย)

.....
(นางสาวเกศิณี ยุพหงษ์)

ร.ต.หญิง.....
(สมิตรา งานยางหาย)

๖. พื้นเตียง

๖.๑ แผ่นรองตัวผู้ป่วยทำจากอลูมิเนียมอัลลอยด์อย่างดี

๖.๒ แบ่งตามส่วนของโครงสร้างรถเข็น

๗. เบาะ

๗.๑ ฟองน้ำหุ้มด้วยผ้าใบเคลือบ PVC หนาไม่น้อยกว่า ๕ ซม.

๗.๒ ออกแบบแยกส่วนตามโครงสร้างรถเข็น เพื่อความสะดวกในการปรับระดับ

๗.๓ สามารถถอดออกเพื่อทำความสะอาดได้ง่าย

๘. การใช้งานขึ้น-ลงรถพยาบาล

๘.๑ มีระบบก้านบีบสำหรับพับรถเข็นบริเวณปลายเท้า เพื่อให้พับขึ้นรถได้โดยง่าย

๘.๒ เมื่อนำออกจากรถ รถเข็นจะกางตั้งโดยอัตโนมัติ

๙. อุปกรณ์เสริม

๙.๑ มีอุปกรณ์ล็อคเสริมสำหรับยึดตัวรถเข็นทั้งที่บริเวณหัวและปลายเท้า

๙.๒ มีสายรัดตัวผู้ป่วยจำนวน ๒ เส้น เพื่อความปลอดภัยในการขนย้าย

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. รับประกันความชำรุดบกพร่อง ๑ ปี นับแต่วันตรวจรับถูกต้อง

๒. เป็นเครื่องใหม่ พร้อมติดตั้งเครื่องและแนะนำผู้ใช้ให้สามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี

๓. ได้มาตรฐาน ISO๙๐๐๑ และ ISO๑๓๔๘๕ (แนบเอกสารประกอบวันยื่นเสนอราคา)

๔. ผู้ยื่นเสนอราคาจะต้องได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย (โดยแนบเอกสารประกอบวันยื่นเสนอราคา)

ร.ต.อ.หญิง.....
(พรพนา โชคไทย)

.....
(นางสาวเคศินี ยุพพงษ์)

ร.ต.หญิง.....
(สุมิตรา งานยางหาย)

๓.เตียงรถเข็นผู้ป่วย ปรับนั่ง-นอนได้

วัตถุประสงค์

เพื่อใช้สำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยภายในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลต่าง ๆ โดยเน้นความสะดวกปลอดภัย แข็งแรง และสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องในงานที่ต้องการความคล่องตัวสูง เช่น ห้องฉุกเฉิน หรือหอผู้ป่วย

คุณลักษณะทั่วไป

- มีเตียงนอนสำหรับผู้ป่วยแบบมีล้อเซ็น ๑ เตียง มีรายละเอียดดังนี้
 - ๑.๑ เป็นเตียงผู้ป่วยซึ่งออกแบบสำหรับการเข็นผู้ป่วยในโรงพยาบาลสามารถเคลื่อนย้ายด้วยล้อ
 - ๑.๒ โครงเตียงทำจากโลหะปลอดสนิม/แข็งแรง ทนต่อการกัดกร่อน และทำความสะอาดง่าย
 - ๑.๓ ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๒๔ นิ้ว x ยาว ๗๘ นิ้ว x สูง ๓๒ นิ้ว
 - ๑.๔ ตัวเปลยึดติดกับโครงรถ ไม่สามารถยกเปลออกจากรถได้
 - ๑.๕ หัวเตียงสามารถปรับยกสูงได้ด้วยระบบมือหมุน หรือ ระบบไฟฟ้า
 - ๑.๖ มีราวกันตกทำจากโลหะปลอดสนิม ทั้งด้านซ้ายและขวา เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย
 - ๑.๗ ติดตั้งยางกันชนรอบเตียง เพื่อป้องกันความเสียหายจากการชน
 - ๑.๘ มีเสาน้ำเกลือจำนวน ๑ ต้น
 - ๑.๙ ที่นอนฟองน้ำหุ้มด้วยหนังเทียม จำนวน ๑ ที่
 - ๑.๑๐ ล้อขนาดไม่น้อยกว่า ๖ นิ้ว พร้อมระบบล้อคล้อไม่น้อยกว่า ๒ ล้อ เพื่อป้องกันการเคลื่อนที่ขณะใช้งาน
 - ๑.๑๑ มีที่ใส่ถังออกซิเจนติดตั้งกับโครงเตียง
 - ๑.๑๒ แผ่นรองตัวผู้ป่วยแบ่งออกเป็น ๒ ส่วนแยกจากกัน พนักพิงสามารถปรับได้ไม่น้อยกว่า ๖๕ องศา

เงื่อนไขเฉพาะ

- ๑. รับประกันความชำรุดบกพร่อง ๑ ปี นับแต่วันตรวจรับถูกต้อง
- ๒. เป็นเครื่องใหม่ ไม่เคยใช้งานหรือถูกสาธิตมาก่อน

ร.ต.อ.หญิง.....
(พรพนา โชคไทย)

.....
(นางสาวเกศิณี ยุพพงษ์)

ร.ต.หญิง.....
(สุมิตรา งานยางหาย)

๔.รถเข็นของใช้สำหรับผู้ป่วยแบบตะแกรง ๒ ชั้น

วัตถุประสงค์

เพื่อใช้สำหรับจัดเก็บหรือขนย้ายเครื่องมือ/อุปกรณ์ทางการแพทย์ หรือวัสดุต่างๆ ภายในหน่วยงานหรือสถานพยาบาล โดยสะดวกต่อการเคลื่อนย้ายและทำความสะอาด

คุณลักษณะทั่วไป

๑. มีตะกร้าสำหรับใส่ของหรืออุปกรณ์ชนิดตะแกรงแบ่งเป็น ๒ ชั้น
๒. โครงสร้างทำจากวัสดุสแตนเลส แข็งแรง ทนทาน ไม่เป็นสนิม
๓. เคลื่อนย้ายได้สะดวกด้วยล้อหมุนรอบตัวทุกล้อ
๔. เหมาะสำหรับใช้ในโรงพยาบาล ห้องผ่าตัด หรือห้องปลอดเชื้อ

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. ตะกร้าชั้นบน ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ ๑/๒ x ๒๙ ๑/๒ x ๑๐ นิ้ว (กว้าง x ยาว x สูง)
๒. ตะกร้าชั้นล่าง ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ ๑/๒ x ๒๙ ๑/๒ x ๖ นิ้ว (กว้าง x ยาว x สูง)
๓. ล้อขนาดไม่น้อยกว่า ๕ นิ้ว ทั้ง ๔ ล้อเป็นล้อหมุนรอบตัว (Swivel) อย่างน้อย ๒ ล้อมีตัวล็อก
๔. วัสดุผลิตจากสแตนเลสเกรดคุณภาพสูง เช่น SUS ๓๐๔ หรือเทียบเท่า
๕. โครงสร้างสามารถรองรับน้ำหนักได้ดี ไม่บิดงอ หรือเสียรูปง่าย

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. รับประกันความชำรุดบกพร่อง ๑ ปี นับแต่วันตรวจรับถูกต้อง
๒. เป็นเครื่องใหม่ ไม่เคยใช้งานหรือถูกสาธิตมาก่อน

ร.ต.อ.หญิง.....
(พรพนา โชคไทย)

.....
(นางสาวเกศนิษฐ์ พงษ์)

ร.ต.หญิง.....
(สุมิตรา งานยางหวาย)

๕.รถเข็นเคลื่อนย้ายผู้ป่วย/ใช้นั่งอาบน้ำและนั่งขับถ่ายได้

วัตถุประสงค์

เพื่อใช้เป็นเก้าอี้นั่งถ่ายเคลื่อนที่สำหรับผู้ป่วย ผู้สูงอายุ หรือผู้ที่มีปัญหาในการเคลื่อนไหว โดยช่วยอำนวยความสะดวกในการขับถ่าย ลดความเสี่ยงจากการหกล้ม และช่วยให้ผู้ดูแลสามารถดูแลผู้ป่วยได้ง่ายยิ่งขึ้น

คุณลักษณะทั่วไป

๑. โครงสร้างทำจากเหล็กพ่นสีคุณภาพดี แข็งแรง ทนทาน
๒. พนักวางแขนสามารถยกถอดได้เพื่อความสะดวกในการเข้า-ออกจากเก้าอี้
๓. มีถังสำหรับรองรับของเสียที่ติดตั้งกับเก้าอี้
๔. การใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน เหมาะสำหรับใช้งานภายในบ้านหรือสถานพยาบาล
๕. น้ำหนักตัวเก้าอี้ประมาณ ๑๗ กิโลกรัม เคลื่อนย้ายสะดวก

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. ขนาดความกว้างของรถเข็นไม่น้อยกว่า ๕๕ ซม./
๒. ความสูงของที่นั่งปรับระดับได้ในช่วง ๔๐ - ๕๕ ซม./
๓. ความยาวรถเข็นไม่น้อยกว่า ๖๕ ซม./
๔. ความสูงปรับระดับได้ในช่วง ๘๐-๙๐ ซม /
๕. มีล้อเบรคได้ทั้ง ๔ ล้อ/เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน /
๖. มีถังรองรับสิ่งขับถ่ายในตัวเก้าอี้ สามารถถอดออกเพื่อทำความสะอาดได้สะดวก
๗. โครงสร้างเหล็กพ่นสีอย่างดี เพิ่มความทนทานต่อการใช้งานและการกัดกร่อน

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. รับประกันความชำรุดบกพร่อง ๑ ปี นับแต่วันตรวจรับถูกต้อง
๒. เป็นเครื่องใหม่ ไม่เคยใช้งานหรือถูกสาธิตมาก่อน

ร.ต.อ.หญิง.....
(พรพนา โชคไทย)

.....
(นางสาวเกศณี ยุพพงษ์)

ร.ต.หญิง.....
(สุมิตรา งานยางหวาย)

๒.รถเข็นทำหัตถการวัสดุพลาสติกสังเคราะห์

วัตถุประสงค์

เพื่อใช้สำหรับจัดเก็บยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่าง ๆ ภายในสถานพยาบาล โดยสามารถเคลื่อนย้ายไปยังจุดให้บริการต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก พร้อมอุปกรณ์ประกอบเพื่อความเป็นระเบียบและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณลักษณะทั่วไป

๑. เป็นรถเข็นสำหรับใช้งานทางการแพทย์ ผลิตจากวัสดุคุณภาพดี แข็งแรง และปลอดภัย
๒. สามารถใช้งานได้ทั้งในหอผู้ป่วย แผนกฉุกเฉิน หรือจุดบริการทางการแพทย์ต่าง ๆ
๓. ออกแบบให้มีฟังก์ชันครบถ้วน เช่น พื้นที่วางสิ่งของ ล้อขับเคลื่อนของ ถังขยะ และล้อเลื่อนที่เคลื่อนย้ายได้สะดวก

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๗๕ ซม. ลึก ๔๗ ซม. สูง ๙๒ ซม.
๒. โครงสร้างเป็นวัสดุพลาสติกสังเคราะห์/เหนียวทนทาน ทนต่อกรดและด่างได้ดี
๓. ด้านบนมีราวกันตก ๓ ด้าน สำหรับวางสิ่งของหรือขวดใส่ยา/น้ำยา
๔. มีชั้นวางอุปกรณ์และเสาน้ำเกลือ ผลิตจากสแตนเลส สามารถปรับ สูง-ต่ำได้
๕. มีถังขยะติดตั้งอยู่ด้านข้างจำนวน ๒ ถัง
๖. มีล้อขับเคลื่อน ๕ ล้อ มีช่องกุญแจล็อกได้
๗. มีล้อขับเคลื่อนด้านข้าง/ช่องใส่ของด้านข้าง/มีที่ใส่ถังออกซิเจนพร้อมอุปกรณ์ บอร์ดกระดาน CPR
๘. มีล้อเลื่อน ๔ ล้อ ตั้งล็อกได้ ๒ ล้อหน้า

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. รับประกันความชำรุดบกพร่อง ๑ ปี นับแต่วันตรวจรับถูกต้อง
๒. เป็นเครื่องใหม่ ไม่เคยใช้งานหรือถูกสาธิตมาก่อน

ร.ต.อ.หญิง.....
(พรพนา โชคไทย)

.....
(นางสาวเกศิณี ยูพพงษ์)

ร.ต.หญิง.....
(สุมิตรา งานยางหาย)

๗.รถเข็นผู้ป่วยชนิดนั่ง แบบพับไม่ได้ แบบมีเสาน้ำเกลือ

วัตถุประสงค์

เพื่อใช้ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหรือผู้ใช้งานภายในอาคาร เช่น โรงพยาบาล คลินิก หรือสถานพยาบาล โดยมีโครงสร้างแข็งแรง ทนทาน ไม่เป็นสนิม เหมาะกับการใช้งานในระยะยาว และรองรับการใช้งานในพื้นที่ต่างๆ ได้อย่างคล่องตัว

คุณลักษณะทั่วไป

๑. เป็นรถเข็นผู้ป่วยชนิดนั่ง
๒. สามารถรองรับน้ำหนักผู้ใช้งานได้อย่างมั่นคง
๓. เคลื่อนที่ได้สะดวกด้วยล้อวางตั้งทั้ง ๔ ล้อ
๔. ออกแบบให้ใช้งานง่าย ทั้งในด้านการนั่ง เช่น และการดูแลรักษา

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. โครงสร้างทำด้วยเหล็กกลมชนิดไม่เป็นสนิม ขนาด ๗/๘ นิ้ว
๒. พื้นที่นั่งและพนักพิงหลังทำด้วยสแตนเลส
๓. พื้นที่นั่งขนาด กว้าง ๑๘ นิ้ว x ลึก ๑๘ นิ้ว
๔. ความสูงจากพื้นถึงมือจับเข็น ๓๖ นิ้ว
๕. ความยาวจากที่วางเท้าถึงล้อวางหลัง ประมาณ ๓๙.๕ นิ้ว
๖. ที่วางเท้าทำด้วยอลูมิเนียม จำนวน ๒ ข้าง
๗. ที่วางแขน ๒ ข้าง ทำด้วยแผ่นเหล็กชนิดไม่เป็นสนิม
๘. ล้อวางตั้ง จำนวน ๔ ล้อ
 - ล้อหน้า ขนาด ๕ นิ้ว จำนวน ๒ ล้อ
 - ล้อหลัง ขนาด ๒๔ นิ้ว จำนวน ๒ ล้อ สามารถหมุนรอบตัวได้
๙. มีเบาะรองนั่งจำนวน ๑ อัน เพื่อเพิ่มความสบายในการใช้งาน
๑๐. มีเสาสำหรับแขวนน้ำเกลือ ๑ ต้น

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. รับประกันความชำรุดบกพร่อง ๑ ปี นับแต่วันตรวจรับถูกต้อง
๒. เป็นเครื่องใหม่ ไม่เคยใช้งานหรือถูกสาธิตมาก่อน

ร.ต.อ.หญิง.....

(พรพนา โชคไทย)

.....

(นางสาวเบตติส ยูพพงษ์)

ร.ต.หญิง.....

(สุมิตรา งานยางหวาย)

๘.รถเข็นสแตนเลส ๒ ชั้น ด้ามจับด้านเดียว

วัตถุประสงค์

ใช้สำหรับวางอุปกรณ์ เครื่องมือ หรือสิ่งของต่าง ๆ ในงานที่ต้องการความสะดวก ทนทาน และสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก เหมาะสำหรับใช้งานในห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาล หรือพื้นที่ที่ต้องการสุขอนามัยสูง

คุณลักษณะทั่วไป

๑. โครงสร้างทำด้วยสแตนเลสคุณภาพดี แข็งแรง ทนทานต่อการกัดกร่อนและสนิม
๒. สามารถทำความสะอาดและฆ่าเชื้อได้ง่าย
๓. เคลื่อนย้ายสะดวกด้วยล้อเลื่อนทั้ง ๔ ล้อ

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. ขนาดสูง ๔๐ นิ้ว x กว้าง ๒๐ นิ้ว x ยาว ๒๙ นิ้ว
๒. ล้อขนาด ๕ นิ้ว จำนวน ๔ ล้อ (สามารถหมุนรอบตัวได้อย่างน้อย ๒ ล้อ)
๓. ทำด้วยสแตนเลส
๔. มีมือด้ามจับสำหรับเข็นด้านหนึ่งของตัวรถ

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. รับประกันความชำรุดบกพร่อง ๑ ปี นับแต่วันตรวจรับถูกต้อง
๒. เป็นเครื่องใหม่ ไม่เคยใช้งานหรือถูกสาธิตมาก่อน

ร.ต.อ.หญิง.....
(พรพนา โชคไทย)

.....
(นางสาวเกศินี ยุพพงษ์)

ร.ต.หญิง.....
(สุมิตรา งานยางหาย)

๙.รถเข็นสแตนเลส ๓ ชั้น สำหรับวางเครื่องต้มพร้อมล้อเลื่อนและที่จับ

วัตถุประสงค์

เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์สำหรับขนย้ายหรือวางสิ่งของภายในโรงพยาบาล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีความแข็งแรง ทนทาน และง่ายต่อการเคลื่อนย้าย

คุณลักษณะทั่วไป

๑. เป็นอุปกรณ์สำหรับวางหรือขนย้ายสิ่งของ
๒. โครงสร้างผลิตจากวัสดุสแตนเลสทั้งหมด แข็งแรง ทนทาน ไม่เป็นสนิม
๓. เหมาะสำหรับใช้งานในสถานพยาบาลหรือหน่วยงานที่ต้องการความสะอาดสูง

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง): ๒๒ x ๓๘ x ๓๒ นิ้ว
๒. โครงสร้างและพื้นทำจาก สแตนเลสเกรด ๓๐๔ หรือเทียบเท่า
๓. ล้อขนาด ๔ นิ้ว หมุนรอบตัว เคลื่อนย้ายได้สะดวก
๔. ล้อเป็นชนิดไม่ทิ้งรอย และมีความแข็งแรงรองรับน้ำหนักได้ดี
๕. พื้นผิวเรียบง่ายต่อการทำความสะอาด
๖. มีมือด้ามจับสำหรับเข็นด้านหนึ่งของตัวรถ

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. รับประกันความชำรุดบกพร่อง ๑ ปี นับแต่วันตรวจรับถูกต้อง
๒. เป็นเครื่องใหม่ ไม่เคยใช้งานหรือถูกสาธิตมาก่อน

ร.ต.อ.หญิง.....

(พรพนา โชคไทย)

.....

(นางสาวเกติณี ยุพพงษ์)

ร.ต.หญิง.....

(สมิตรา งานยางหวาย)